

Oggetto: **RdO 4821431 – monitor multiparametrici da trasporto – chiarimento**

Domanda 1

1. Possibilità di revisione degli allarmi per almeno 60 ore precedenti.

Si chiede se è da intendersi un refuso la valutazione in ore degli allarmi, in quanto gli allarmi vengono quantificati in eventi.

1. Possibilità di revisione delle aritmie per almeno le 60 ore precedenti

Si chiede se è da intendersi un refuso la valutazione in ore delle aritmie, in quanto le aritmie vengono quantificati in eventi aritmici.

**Risposta: si conferma il requisito previsto in gara.**

Domanda 2

1. A corredo della fornitura dovrà essere consegnato n. 10 sensori/trasduttori/linee di campionamento monouso per singolo cavo, ove previsto (es SpO2, EtCO2, IBP, ECG)

Si chiede di chiarire i quantitativi effettivi e se debbano essere forniti per ogni singolo monitor.

**Risposta:**

**Si conferma che il materiale di consumo (es.sensori/trasduttori/linee di campionamento monouso) debba essere fornito, ove necessario, per ciascun cavo e per singolo monitor ossia, ad esempio, se un monitor porta n. 5 cavi con sensori monouso, l'operatore economico concorrente deve offrire almeno 10 dispositivi monouso (es.sensori/trasduttori/linee di campionamento monouso) per ciascun dei 5 cavi moltiplicato il numero di monitor richiesti in gara.**