



AZIENDA OSPEDALIERA
“SAN PIO” - BENEVENTO
di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
DEA DI II Livello

VERBALE N. 01 DEL 27/11/2024

SEDUTA RISERVATA
VALUTAZIONE TECNICA

**PROCEDURA PER FORNITURA DI ECOTOMOGRAFI DESTINATI AL P.O. RUMMO
DELL’A.O. SAN PIO DI BENEVENTO-RDO 4621992**

Premesso che:

- con RDO MePA N. 4621992 è espletata la procedura indicata in oggetto;
- la corrente gara è stata espletata sulla piattaforma MePA;
- con nota prot. n. 23129 del 18/11/2024 e successiva Deliberazione del Direttore Generale n. 1047/2024, il Direttore Generale nomina la seguente Commissione Giudicatrice:

Presidente: Dott. Michele Vassallo – Dirigente Medico UOC Ostetricia e Ginecologia;

Componente: Dott.ssa Maria Luisa Di Petrillo – Dirigente Medico UOSD PMA

Componente: Ing. DI GRUTTOLA Margherita - Ingegnere Biomedico c/o UOS Ingegneria Clinica;

- la procedura in questione era divisa in due lotti, per quanto concerne il lotto 1 l’operatore economico Atti Hospital srl ha presentato opportuna offerta mentre il lotto 2 è andato deserto;
- in data 27/11/2024, la Commissione ha provveduto all’apertura della offerta tecnica dell’unico Operatore Economico che ha prodotto idonea documentazione amministrativa, ossia Atti Hospital srl

Tanto sopra premesso, il 27/11/2024, presso la UOS Ingegneria Clinica del P.O. Rummo, si è riunita la Commissione così composta:

Presidente: Dott. Michele Vassallo – Dirigente Medico UOC Ostetricia e Ginecologia;

Componente: Dott.ssa Maria Luisa Di Petrillo – Dirigente Medico UOSD PMA

Componente: Ing. DI GRUTTOLA Margherita - Ingegnere Biomedico c/o UOS Ingegneria Clinica;

per procedere alla valutazione dell’offerta tecnica presentata dall’ Operatore Economico Atti Hospital srl.

Il Presidente dichiara aperta la seduta e nomina il l’Ing. Di Gruttola Margherita segretario verbalizzante, per la seduta odierna.

I lavori iniziano esaminando la documentazione prodotta dall’ unico operatore economico offerente per il lotto 1.

In particolare, la Commissione procede ad accertare la sussistenza dei requisiti minimi posseduti dalla strumentazione offerta, rispetto agli stessi richiesti in gara ed a verificare la numerosità e tipologia di accessori offerti

AZIENDA OSPEDALIERA
SAN PIO

Via dell’Angelo , 1- Benevento C.F. 01009760628

Presidio Ospedaliero “Gaetano Rummo”
Via dell’Angelo, 1 – 82100 Benevento
Tel. 0824 57111

Presidio Ospedaliero “Sant’Alfonso Maria dei Liguori”
Contrada San Pietro – 82019 Sant’Agata dei Goti
Tel. 0823 313111

rispetto a quelli richiesti, in particolare si procede alla verifica di conformità delle sonde ecografiche e relativo kit di biopsia.

La Commissione evidenzia il possesso dei requisiti minimi rispetto all'offerta presentata ed approva la conformità dell'offerta relativamente al lotto 1 operatore economico ATTI HOSPITAL SRL.

Successivamente la Commissione procede all'attribuzione dei parametri a punteggio per l'offerta del medesimo Operatore Economico.

Dalla valutazione dei parametri tecnici assoggettati a punteggio, con l'ausilio dell'Offerta Tecnica e dei Depliant forniti dall' Operatore Economico con annesse schede tecniche della, la Commissione valuta la corrispondenza rispetto al richiesto ed assegna un punteggio totale di 52 che si è raggiunto attribuendo il massimo dei punteggi ai parametri di tipo Qualitativo, mentre ai parametri discrezionali si **sono assegnati i seguenti giudizi:**

Parametro	Descrizione Parametro/Criterio	Criterio Qualitativo Q Criterio Tabellare (T) Criterio Discrezionale (D)	Massimo Punteggi o parziale (Ppmax)	Giudizio e punteggio
3	Caratteristiche delle sonde offerte, richieste rispetto alla dotazione di minima	Criterio Discrezionale (D) Saranno valutate le caratteristiche tecniche dei trasduttori che avranno i migliori range di frequenza e campi di vista volti ad ottenere una qualità di immagine diagnostica migliore	10	Giudizio: Adeguito (parametro 0.50) Punteggio=5
4	Caratteristiche tecniche in 2D superiori rispetto ai requisiti minimi	Criterio Discrezionale (D) Saranno valutate maggiormente la velocità di ricostruzione, modalità di miglioramento delle immagini in termini di risoluzione di contrasto, modalità di elaborazione dell'ecocardiografia con riguardo alle applicazioni in 2D	6	Giudizio: Adeguito (parametro 0.50) Punteggio=3
5	Caratteristiche del modulo 3D	Criterio Discrezionale (D) Saranno valutate l'ampiezza di gamma delle funzioni associate al 3D ed eventuale 4D e le relative performance per una migliore qualità diagnostiche. Come, ad esempio <ul style="list-style-type: none"> • ricostruzione automatica in 3D follicoli ovarici • riconoscimento automatico della cavità endometriale per lo studio delle malformazioni uterine • Visualizzazione del microcircolo e del flusso sanguigno lento 	14	Giudizio: Più che adeguato (parametro 0.75) Punteggio=10,5

**AZIENDA OSPEDALIERA
SAN PIO**

Via dell'Angelo, 1- Benevento C.F. 01009760628

6	Ergonomia e sanificazione	Criterio Discrezionale (D) Saranno valutate le maggiori qualità ergonomiche e facilità di sanificazione del sistema nel suo insieme (es. movimentazione monitor e bracci estensibili, compattezza del sistema, tipologia di ruote, assenza di spigoli vivi, qualità del materiale costruttivo)	4	Giudizio: Più che adeguato (parametro 0.75) Punteggio=3
7	Pre-set specifici per le varie applicazioni cliniche	Criterio Discrezionale (D) Saranno valutati positivamente il maggiore numero di pre-set disponibili in funzione delle relative applicazioni, quali ad esempio: <ul style="list-style-type: none"> • muscolo – scheletrico • neonatale – pediatrico • ostetrico – ginecologico • parti molli non valutate nei punti precedenti	4	Giudizio: Ottimo (parametro 1) Punteggio=4
8	Accessori, maggiore dotazione e relative qualità ergonomiche	Criterio Discrezionale (D) Saranno valutate le offerte di accessori aggiuntivi rispetto al richiesto e la qualità di tutti gli accessori richiesti	3	Giudizio: Adeguato (parametro 0.50) Punteggio=1,50
9	Accessori: maggiore dotazione rispetto ai requisiti minimi	Criterio Discrezionale (D) Saranno valutate le offerte di accessori aggiuntivi rispetto al richiesto e la relativa qualità (es. stampante a colore, sonde per applicazioni interniste)	3	Giudizio: Ottimo (parametro 1) Punteggio=3
10	Ulteriori elementi migliorativi e di pregio	Criterio Discrezionale (D) Verranno valutati positivamente ulteriori elementi migliorativi e di pregio, non ricompresi nei parametri precedenti che caratterizzano l'offerta in termini di maggiori prestazioni	2	Giudizio: Ottimo (parametro 1) Punteggio=2

3

Il punteggio normalizzato è 70/70 pt.

Il presente verbale è composto da n.3 pagina numerata da 1 a 3 facciate.

Del che verbale, previa lettura, e sottoscrizione dai presenti per approvazione e si rimanga al RUP per il prosieguo.

Presidente: Dott. Michele Vassallo – Dirigente Medico UOC Ostetricia e Ginecologia (FIRMATO)

Componente: Dott.ssa Maria Luisa Di Petrillo – Dirigente Medico UOSD PMA (FIRMATO)

Componente: Ing. DI GRUTTOLA Margherita - Ingegnere Biomedico c/o UOS Ingegneria Clinica (FIRMATO)

**AZIENDA OSPEDALIERA
SAN PIO**

Via dell'Angelo, 1- Benevento C.F. 01009760628

Presidio Ospedaliero "Gaetano Rummo"
Via dell'Angelo, 1 – 82100 Benevento
Tel. 0824 57111

Presidio Ospedaliero "Sant'Alfonso Maria dei Liguori"
Contrada San Pietro – 82019 Sant'Agata dei Goti
Tel. 0823 313111