

Oggetto: pubblicazione chiarimenti RdO 4821431 – monitor multi da trasporto.

chiarimenti

1) SI CHIEDE DI CONFERMARE SE IL MONITOR MULTIPARAMETRICO DEVE RILEVARE DUE O TRE TRACCE DI PRESSIONE CRUENTA (IBP) E SE LA RILEVAZIONE DELLE TRE PRESSIONI NON INVASIVE SIANO CONTEMPORANEE ALLE ALTRE TRACCE RICHIESTE QUALI ETCO2, SPO2, RESPIRO, E DUE TRACCE ECG.

Riscontro:

- IL MONITOR MULTIPARAMETRICO DEVE RILEVARE DUE TRACCE DI PRESSIONE CRUENTA (IBP) .
- Non è richiesto la RILEVAZIONE DELLE DUE PRESSIONI NON INVASIVE che SIANO CONTEMPORANEE ALLE ALTRE TRACCE RICHIESTE QUALI ETCO2, SPO2, RESPIRO, E DUE TRACCE ECG.

Chiarimento:

Con riferimento al Vs. “Allegato A: Requisiti Minimi”, si chiede di confermare che la dotazione standard richiesta per ogni monitor preveda la fornitura di almeno 2 canali IBP.

Risposta

si conferma che la dotazione standard richiesta per ogni monitor prevede la fornitura di almeno 2 canali IBP.