

Tipologia di Rdo: Trattative Dirette

MINI INCUBATORE DA BANCO GESTITO DA MICROPROCESSORE E UMIDIFICATO A GAS PREMISCELATO, PER MANTENERE CONDIZIONI DI COLTURA OTTIMALI ALL'INTERNO DELLE CAMERE DI INCUBAZIONE, PREVISTO PER LA COLTURA EMBRIONALE, DOTATO DI RECIPIENTE DI UMIDIFICAZIONE; MANTENIMENTO DI PRECISIONE DELLA TEMPERATURA A UN VALORE SPECIFICATO DALL'UTILIZZATORE IN UN INTERVALLO COMPRESO TRA 35 E 40°C; IL FLUSSO DI GAS A UNA VELOCITA' DI FLUSSO STABILITA DALL'UTILIZZATORE COMPRESO TRA 15 E 25ml/min. TUTTI I COMPONENTI CHE VENGONO A CONTATTO CON IL FLUSSO DI GAS, COMPRESI I TUBI DEL GAS ESTERNI ED INTERNI, DEVONO ESSERE TESTATI PER GARANTIRE UN AMBIENTE PRIVO DI TOSSINE. POSSIBILITA' DI ACCOGLIERE PIASTRE DI COLTURA NUNC A QUATTRO POZZETTI O PIASTRE DI COLTURA NUNC E FALCON CIRCOLARI SINGOLE DA 35mm E DA 60mm, IN DUE CAMERE SEPARATE. CONTROLLO DELLA TEMPERATURA INDIVIDUALE PER CIASCUNA CAMERA. CONTROLLO DEL FLUSSO DI GAS SINGOLO APPLICABILE A ENTRAMBE LE CAMERE. GLI ELEMENTI RISCALDANTI SOTTO CIASCUNA PIASTRA DI COLUTA DEVONO ESSERE A CONTATTO DIRETTO CON LA SUPERFICIE DEL FONDO DELLA PIASTRA. MONITORAGGIO CONTINUO DELLE FUNZIONI CRITICHE. LE DEVIAZIONI DAL FUNZIONAMENTO NORMALE DEVONO ESSERE RILEVATE IMMEDIATAMENTE E SEGNALATE ALL'UTILIZZATORE ATTRAVERSO AVVISO IN MERITO AL DIFETTO RISCONTRATO. POSSIBILITA' DI COLLEGAMENTO A UN SISTEMA DI ALLARME REMOTO ESTERNO, IL QUALE, IN ORARI NON LAVORATIVI, SEGNALI AL PERSONALE LA PRESENZA DI PROBLEMI CHE IL DISPOSITIVO NON E' IN GRADO DI CORREGGERE AUTOMATICAMENTE...

vai al dettaglio della negoziazione su acquistinretepa.it

Dati Principali

Numero RDO
5077121

Nome RDO
ACQUISTO DI N. 2 MINI INCUBATORI DA BANCO PER LA COLTURA EMBRIONALE - FASC. PRIV 67/25

Tipologia di contratto

Appalto di forniture

Tipologia di procedura

Affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro

Regolamento applicabile alla procedura telematica

Regolamento MEPA eProcurement Acquistinrete

Ruoli e Autorizzazioni

Responsabile del procedimento

Gennaro Privitera

PRVGNR64T25F839N

Soggetto Stipulante/Soggetti Stipulanti

MARIA NICOLETTA MERCURI MRCMNC63H68A783K

Stazione Appaltante

AMMINISTRAZIONI ENTI ED AZIENDE DEL S.S.N. > AZIENDE
OSPEDALIERE, POLICLINICI, IRCCS e ISTITUTI
ZOOFILATTICI > AZIENDA OSPEDALIERA SAN PIO
BENEVENTO

Ente Committente

AMMINISTRAZIONI ENTI ED AZIENDE DEL S.S.N. > AZIENDE
OSPEDALIERE, POLICLINICI, IRCCS e ISTITUTI
ZOOFILATTICI > AZIENDA OSPEDALIERA SAN PIO
BENEVENT...

Date

Pubblicazione

07/02/2025 10:25

Inizio presentazione offerte

07/02/2025 10:25

Termine ultimo presentazione offerte

14/02/2025 12:00

Data limite stipula contratto

30/04/2025 12:00

Giorni dopo la stipula per consegna beni/decorrenza

15

Dettaglio

Criterio Aggiudicazione

Minor Prezzo

CIG

-

CUP

-

CPV

Identificativo

33152000-0

Descrizione

Incubatrici

Categoria

Apparecchiature
elettromedicali-Mepa

Fornitura

100

Formulazione offerta economica

VALORE ECONOMICO

Decimali Offerta

2

Termini di pagamento

60 GG DATA ACCERTAMENTO

Importo presunto fornitura

€ 38.000,00

Dati consegna e fatturazione

AORN "SAN PIO" - 82100 - BENEVENTO - CF./P.IVA 01009760628

Documentazione Gara



MODELLO RICHIESTA PREVENTIVO.docx

13.7 Kb

DETTAGLIO OFFERTA ECONOMICA

tracciabilitA.doc

23.5 Kb

TRACCIABILITA'

Inviti

Partita IVA

Ragione sociale

00847380961

COOK ITALIA S.R.L.