



U.O.C. Manutenzione e Gestione del Patrimonio

DETERMINA DIRIGENZIALE

N. 320 DEL 27/02/2025

Oggetto: Manutenzione straordinaria dell'apparecchio portatile per radiografia Gilardoni mod. Caleidon HF matricola G37035 e inv. n. 4387 ubicato presso la Terapia Intensiva Neonatale - CIG B51A90824C

IL DIRIGENTE

ATTESTATA la conformità del presente atto alle norme sul trattamento dei dati ex Regolamento UE 2016/679 e D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., che contengono principi e prescrizioni per il trattamento dei dati personali, anche con riferimento alla loro "diffusione", dichiara di aver valutato la rispondenza del testo, compreso degli eventuali allegati, destinato alla diffusione per il mezzo dell'Albo Pretorio alle suddette prescrizioni e ne dispone la pubblicazione nei modi di legge;

VISTO l'art.17 del D. lgs. 30.03.2001 n. 165 e ss.mm.ii.;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 419 del 10/08/2022, rubricata <<Autonomia funzione dirigenziale dei Dirigenti preposti alla direzione dei Dipartimenti, delle UU.OO. e dei Presidi Ospedalieri dell'A.O.R.N. "San Pio". Adozione schemi di Delibera e di Determina Dirigenziale>>

Firma Direttore U.O.C. Manutenzione e Gestione del Patrimonio
Ing. Raffaele Iele
Firmato digitalmente

PREMESSO:

che presso l'Azienda Ospedaliera San Pio di Benevento è presente l'apparecchio portatile per radiografia modello Caleidon matricola G37035 con numero di inventario 4387, ubicato presso la Terapia Intensiva Neonatale;
che l'apparecchiatura sopra menzionata è di proprietà dell'A.O.R.N. San Pio in carico al P.O. G. Rummo di Benevento;

che l'Operatore Economico RTI Tesi/Sol/Sincronics (mandataria Tesi S.r.l.), è affidataria della gara centralizzata "Procedura Aperta per l'affidamento dei Servizi Integrati per la Gestione e la Manutenzione delle Apparecchiature Biomediche (S.I.G.M.A.) delle Aziende del Sistema Sanitario (AA.SS.LL., AA.OO., AA.OO.UU., I.R.C.C.S.) della Regione Campania" per l'Azienda Ospedaliera San Pio di Benevento il cui importo complessivo è di euro 2.975.480,62 oltre Iva ove previsto, tra l'altro, l'attività di primo intervento;

che a mezzo nota PEC del 5/06/2024 l'operatore economico MTE Medical Technology And Engineering S.R.L. comunicava, relativamente alla gara S.I.G.M.A., la *"modificazione soggettiva del contraente Tesi S.r.l. Tecnologia & Sicurezza, per intervenuta fusione per incorporazione in MTE Medical Technology And Engineering S.R.L. (in breve anche "MTE S.R.L."), ai sensi dell'art. 106 comma 1, lettera d) punto 2) del D. Lgs.50/2016."* con data di efficacia dalle ore 00.00 del 01 giugno 2024 (*Allegato cartaceo n.1 agli atti dell'ufficio*);

VISTO

che in data 18/12/2024 la mandataria MTE S.r.l. con nota Prot. 240-24 comunicava che nel corso della attività di manutenzione programmata sulle apparecchiature in contratto, il portatile per radiografia Gilardoni mod Caleidon HF (matr. G37035 e inv. n. 4387) non superava il test di verifica di sicurezza elettrica in quanto le correnti di dispersione risultavano elevate (*Allegato cartaceo n.2 agli atti dell'ufficio*);

che nella stessa nota la mandataria MTE S.r.l. a seguito di primo intervento (bolla num. 9666), comunicava che il guasto dell'apparecchio portatile per radiografia Gilardoni mod. Caleidon HF (matr. G37035 e inv. n. 4387) era imputabile all'avaria della scheda raggi e all'usura dell'alimentatore e che la tipologia di intervento risultava di tipo "Manutenzione straordinaria ed evolutiva" e rientrante nelle casistiche espresse nel paragrafo 5.3 del Capitolato Tecnico "Procedura Aperta per l'affidamento dei Servizi Integrati per la Gestione e la Manutenzione delle Apparecchiature Biomediche (S.I.G.M.A.) delle Aziende del Sistema Sanitario (AA.SS.LL., AA.OO., AA.OO.UU., I.R.C.C.S.) della Regione Campania", in quanto il costo complessivo dell'intervento supera il 30% del valore convenzionale del bene;

CONSIDERATO

che l'apparecchio portatile per radiologia è indispensabile in Terapia Intensiva Neonatale per eseguire indagini diagnostiche direttamente al letto dei neonati critici, garantendo monitoraggi continui e interventi immediati, eliminando i rischi connessi al trasferimento nonché utilizzato per eseguire gli esami a letto dei pazienti in tutto il Padiglione San Pio;

che nella Raccomandazione Ministeriale n.9 - Raccomandazione per la prevenzione degli eventi avversi conseguenti al malfunzionamento dei dispositivi medici/apparecchi elettromedicali ove all'art. 4.2 Sviluppo di competenze specifiche, è previsto che "E

fondamentale che chiunque svolga le attività di manutenzione debba possedere capacità tecniche adeguate; egli si assumerà la responsabilità diretta per tutti gli eventi derivanti dall'attività stessa, ferma restando la responsabilità del fabbricante per tutti i difetti o vizi originari del prodotto”.

VALUTATO che il costo dell'intervento tecnico di manutenzione straordinaria in considerazione del guasto manifestatosi sul portatile per radiografia è ragionevolmente superiore al 30% del valore convenzionale del bene di cui alla gara S.I.G.M.A.;

RITENUTO di dover verificare se l'intervento tecnico su guasto effettivamente rientra nella casistica espressa nel paragrafo 5.3 del Capitolato Tecnico della gara S.I.G.M.A. ossia il costo per le sole parti di ricambio supera il valore economico del 30% del valore convenzionale, il Dirigente Responsabile dell'UOS Ingegneria Clinica ha valutato di procedere al confronto di preventivi tramite la piattaforma del Mercato Elettronico - Acquisti in rete della P.A., per il servizio di riparazione dell'apparecchio portatile per radiografia Gilardoni mod. Caleidon HF (matr. G37035 e inv. n. 4387), mediante l'invito a tre operatori economici specializzati nel settore;

DATO ATTO

che la UOS Ingegneria Clinica in data 20/12/2024 avviava un confronto di preventivi sulla piattaforma del Mercato Elettronico - Acquisti in rete della P.A., per la riparazione dell'apparecchio portatile per radiografia Gilardoni mod. Caleidon HF (matr. G37035 e inv. n. 4387), invitando gli operatori economici specializzati nel settore:

- Gilardoni S.P.A.,
- MTE S.r.l.,
- Tekim S.r.l.;

che alla scadenza indicata in procedura per la presentazione delle offerte tecniche ed economiche fissata per il giorno 31/12/2024, solo l'Operatore Economico MTE S.r.l. ha risposto inoltrando il preventivo per il servizio richiesto (*Allegato cartaceo n. 3 agli atti dell'ufficio*);

VALUTATA in data 03/01/2025 conforme l'offerta presentata dall'operatore economico MTE S.r.l. del valore economico di euro 8.880,00 oltre Iva giusto Verbale del 3/01/2025 (*Allegato cartaceo n. 4 agli atti dell'ufficio*);

RITENUTO necessario per quanto sopra argomentato, di procedere all'approvazione dell'offerta tecnica ed economica per il servizio di manutenzione straordinaria dell'apparecchio portatile per radiografia Gilardoni mod. Caleidon HF (matr. G37035 e inv. n. 4387);

VISTO

- il nuovo Codice dei Contratti pubblici D.lgs. n. 36/2023 art. 50 comma 1 lett. b);
- la normativa vigente in materia.

PRECISATO che per l'intervento in oggetto il Codice Unico di Gara è il seguente identificativo: CIG n. B51A90824C;

PRESO ATTO della verifica positiva sull'operatore economico MTE S.r.l. (P. Iva 02718710755), effettuato tramite consultazione del Casellario Informatico ANAC in data 8-01-2025;

COSTATATO che l'operatore economico MTE S.r.l. (P. Iva 02718710755) è in regola con gli adempimenti contributivi INPS- INAIL fino al 23-01-2025;

DICHIARATO E ATTESTATO CHE

- tutta la documentazione originale a supporto del presente atto è depositata e custodita presso L'UOC proponente;
- l'istruttoria del presente provvedimento è stata effettuata dal sottoscritto Dirigente che ne attesta le regolarità giuridico-amministrativa;
- che non sussistono motivi ostativi a procedere, essendo l'atto conforme alle disposizioni di legge in materia e ai regolamenti e/o direttive dell'Ente, nonché coerente con gli obiettivi strategici individuati dalla Direzione Generale e le finalità istituzioni dell'Ente;
- l'insussistenza di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90, introdotto dalla Legge 190/2012;
- per far fronte alla spesa del servizio di che trattasi la stessa trova copertura sul conto economico del bilancio Aziendale 2024;
- il provvedimento è conforme a legge e regolamento ed è necessaria per il corretto funzionamento del Servizio;

Tutto ciò premesso, argomentato ed attestato, su proposta del Dirigente Responsabile dell'UOS Ingegneria Clinica, il sottoscritto dirigente

DETERMINA

per tutto quanto esposto innanzi, che di seguito è dato per integralmente trascritto e confermato:

di **PRENDERE** atto della procedura di cui sopra necessaria per l'affidamento del servizio, ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, relativamente alla riparazione dell'apparecchio portatile per radiografia Gilardoni mod. Caleidon HF (matr. G37035 e inv. n. 4387) ubicato presso la Terapia Intensiva Neonatale sita al Padiglione San Pio del P.O. G. Rummo di Benevento;

di **APPROVARE** il preventivo di spesa per un importo complessivo di euro 8.880,00 oltre Iva relativo all'intervento di riparazione dell'apparecchio portatile per radiografia Gilardoni mod. Caleidon HF (matr. G37035 e inv. n. 4387), di cui all'offerta Me.PA dell'Operatore Economico MTE S.r.l;

di **AFFIDARE** all'Operatore Economico MTE S.r.l. il servizio di manutenzione straordinaria per la riparazione dell'apparecchio portatile per radiografia Gilardoni mod. Caleidon HF (matr. G37035 e inv. n. 4387) ubicato la Terapia Intensiva Neonatale sita al Padiglione San Pio del P.O. G. Rummo di Benevento, per un importo complessivo in euro 8.880,00 oltre IVA (euro 10.833,60 Iva compresa);

di **DETERMINARE** in euro 8.880,00 oltre Iva (euro 10.833,60 Iva compresa) la spesa prevista derivante dal presente atto dichiarando che la stessa presenta i necessari caratteri di congruità in quanto il costo dell'intervento tecnico è indicativamente pari al 25% del valore di rinnovo in caso di acquisto per un'apparecchiatura nuova di equivalente prestazione;

di **DISPORRE** che la spesa complessiva di euro 10.833,60 Iva compresa trova copertura sul conto economico n.5030301010 del bilancio 2025 come da parere contabile rilasciato dall'UOC Risorse Economiche;

di **TRASMETTERE**, il presente atto al Collegio Sindacale, alla scrivente UOC per la predisposizione degli atti per l'affidamento dei servizi, ai sensi D.lgs. n. 36/2023;

di **PRECISARE** che il provvedimento amministrativo in questione è soggetto agli obblighi in materia di trasparenza, derivanti dal D. Lgs n. 33/2013;

la **PRESENTE** determinazione e' immediatamente eseguibile.

L'estensore

Ing. Clarissa De Feo

Firmato digitalmente

Il Dirigente Responsabile UOS

Ingegneria Clinica

Ing. Gianpaolo Catalano

Firmato digitalmente

**Il Direttore della
U.O.C. Manutenzione e Gestione del
Patrimonio**

Ing. Raffaele Iele

Firmato digitalmente