

VERBALE N. 2

KIT VOLUMINIZZANTE URETRALE FEMMINILE PER LA UOC DI UROLOGIA (RIF. FASC. CNZ 373.2024)

L'anno duemilaventicinque il giorno 04 del mese di marzo presso la UOC Provveditorato/Economato, sita al 3° piano della Palazzina degli Uffici amministrativi dell'A.O. San Pio alla Via dell'Angelo n. 1- Benevento, il RUP Dr.ssa Maria Nicoletta Mercuri, assistito dalla sig.ra Cinzia Fiamma, con funzioni di segretario e dalla sig.ra Giovanna De Marco, con funzioni di testimone, si è riunito per decidere in merito all'aggiudicazione provvisoria della predetta fornitura.

Premesso :

che con nota n. rif. prot. 748/F/2024 il Direttore f.f. della U.O.C. Farmacia, trasmetteva richiesta di acquisto a firma del Direttore f.f. della U.O.C. di Urologia, di kit voluminizzanti ureterali femminili;

che pertanto è stato pubblicato sul sito aziendale, un avviso per manifestazione di interesse/offerta, con criterio di aggiudicazione, quello dell'offerta al prezzo più basso, cui è stato dato riscontro, per la trasmissione dell'istanza di partecipazione, documentazione amministrativa e schede tecniche di prodotto, sono pervenute le istanze di partecipazione da parte dei seguenti operatori economici : "omissis" e "omissis";

che il RUP, dopo aver verificato che le istanze di partecipazione, corredate dalla documentazione amministrativa e tecnica, inoltrate dalle suindicate ditte fossero conformi a quanto richiesto ha proceduto all'inoltro delle schede tecniche a alla U.O.C. di Farmacia, per la valutazione di conformità tecnica;

Rilevato

che il Direttore f.f. della U.O.C. di Farmacia, con nota rif. n. prot. 202 del 28.02.2025, trasmetteva la relazione di conformità, dalla quale si evinceva che :

la ditta "omissis" ha offerto un prodotto con la seguente composizione : "30% di microsfera di policaprolattone (PCL) e 70% di gel vettore di carbossimetilcellulosa (CMC)" quindi trattasi di gel "particolato", non richiesto in capitolato. Inoltre dalla scheda tecnica, non si evince la presenza di una camicia rotante a 360°, per cui il prodotto offerto non corrisponde a quanto richiesto;

la ditta "omissis", ha presentato quale prodotto un "Idrogel omogeneo non particolato, composto per il 2,5% da policrillamide reticolato e per il 97,5% da acqua"; inoltre presenta una camicia rotante a 360°, pertanto lo stesso risulta pienamente rispondente a quanto richiesto;

che, per quanto sopra argomentato, questa U.O.C. procederà ad attivare una Trattativa diretta sulla piattaforma Me.Pa. ed a richiedere alla ditta "omissis" l'invio dell'offerta economica, relativamente alla fornitura de quo.

Il RUP Dott.ssa Maria Nicoletta Mercuri, conclude le operazioni di verifica del presente verbale, il cui estratto viene pubblicato sul sito aziendale.

Del che è verbale, letto approvato e sottoscritto dai componenti.

- | | | |
|----|---------------|-----------------------------|
| 1) | Il Presidente | Dr.ssa M. Nicoletta Mercuri |
| 2) | Il Testimone | Giovanna De Marco |
| 3) | Il Segretario | Cinzia Fiamma |

**AZIENDA OSPEDALIERA
SAN PIO**

Via dell'Angelo , 1- Benevento C.F. 01009760628