

VERBALE N. 01 DEL 09/04/2025

**SEDUTA RISERVATA
VALUTAZIONE TECNICA**

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE FULL-RISK
EVOLUTIVA DI N. 1 TOMOGRAFO A RISONANZA MAGNETICA MARCA SIEMENS 1,5
TESLA MODELLO AERA COMPLETA DI ACCESSORI**

Premesso che:

- con Deliberazione n. 840 del 05.09.2024, è stata indetta la procedura indicato in oggetto;
- la corrente gara è stata espletata sulla piattaforma SIAPS “Sistema Informativo Appalti Pubblici Sanità”, raggiungibile dal sito internet So.Re.Sa. Spa;
- con Deliberazione n. 1160 del 11.12.2024 è stata nominata la seguente Commissione Giudicatrice:
Presidente: Dott.ssa Teresa PIRONTI – Direttore dell’UOC Radioterapia
Componente: Dott. Emilio SORECA – Dirigente Medico UOC Diagnostica per Immagini
Componente: Ing. DI GRUTTOLA Margherita – Coll.Tecnico Ing. Biomedico c/o UOS Ingegneria Clinica
Sig. Giuseppe DE VITA – Ass.te Amm.vo UOC P.E. (Segretario Verbalizzante)
- in data 13.03.2025, la Commissione ha provveduto all’apertura della offerta tecnica dell’unico Operatore Economico che ha prodotto idonea documentazione amministrativa, ossia Siemens Healthcare srl.

Tanto sopra premesso, il 09/04/2025, presso la UOS Ingegneria Clinica del P.O. Rummo, si è riunita la Commissione così composta:

Presidente: Dott.ssa Teresa PIRONTI – Direttore dell’UOC Radioterapia

Componente: Dott. Emilio SORECA – Dirigente Medico UOC Diagnostica per Immagini

Componente: Ing. DI GRUTTOLA Margherita – Coll.Tecnico Ing. Biomedico c/o UOS Ingegneria Clinica

per procedere alla valutazione dell’offerta tecnica presentata dall’ Operatore Economico Siemens Healthcare srl.

Il Presidente dichiara aperta la seduta e nomina il l’Ing. Di Gruttola Margherita segretario verbalizzante, per la seduta tecnica odierna.

I lavori iniziano esaminando la documentazione prodotta dall’operatore economico.

La Commissione accerta la corrispondenza tra i desiderata richiesti per il tramite del Capitolato Speciale di Appalto e l’offerta tecnica presentata in gara.

In particolare, l’Operatore Economico si verifica che l’Operatore Economico abbia offerto la fornitura di una bobina pediatrica encefalica, l’aggiornamento dei pacchetti software e la manutenzione full-risk.

**AZIENDA OSPEDALIERA
SAN PIO**

Via dell’Angelo , 1- Benevento C.F. 01009760628

Infatti, l'appalto prevede:

Fornitura Strumentazione

- N. 1 bobina pediatrica encefalica a 16 canali;

Applicativi Software

- Pacchetto Bold (Inline Bold, 3 D Pace, Bold 3 D Evaluation);
- Pacchetto Arterial Spin Labelling 2D
- Pacchetto Angio Twist
- Pacchetto Resolve/ADVANCE Diffusion
- Pacchetto Spine Dot Engine
- Pacchetto Argus (Argus Dinamic Singnal, Argus Flow)
- Flow Quantification

Applicativi Consolle post -processing:

- Spectro Evaluation
- Neuro Perfusion Evaluation

Manutenzione full-risk

Il servizio di Manutenzione full-risk è descritto negli articoli successivi e decorre dalla data del collaudo con esito positivo.

Dalla Documentazione tecnica emerge che quanto offerto rispecchia il CSA.

Successivamente la Commissione procede all'attribuzione dei parametri a punteggio per l'offerta dell'Operatore Economico Siemens Healthcare srl.

Dalla valutazione dei parametri tecnici assoggettati a punteggio, con l'ausilio dei documenti:

- "Descrizione Assistenza tecnica"
- "MR_ADVANCE PLAN_MR MAX"
- "Punti di forza"
- "Scheda Tecnica Sistema Aera 1.5"

la Commissione valuta la corrispondenza rispetto al richiesto ed assegna un punteggio totale di 62/70 e si è assegnato il giudizio di Ottimo con coefficiente 1 per un totale di 62 pt. Il punteggio normalizzato è 70/70 pt.

La ulteriore documentazione a supporto della valutazione è presente agli atti della Commissione.

Il presente verbale è composto da n.1 pagina numerata da 1 a 2 facciate.

Del che verbale, previa lettura, e sottoscrizione dai presenti per approvazione e si rimanga al RUP per il prosieguo.

Presidente: Dott.ssa Teresa PIRONTI – Direttore dell'UOC Radioterapia

Componente: Dott. Emilio SORECA – Dirigente Medico UOC Diagnostica per Immagini

Componente: Ing. DI GRUTTOLA Margherita – Coll.Tecnico Ing. Biomedico c/o UOS Ingegneria Clinica

**AZIENDA OSPEDALIERA
SAN PIO**

Via dell'Angelo , 1- Benevento C.F. 01009760628

Presidio Ospedaliero "Gaetano Rummo"
Via dell'Angelo, 1 – 82100 Benevento
Tel. 0824 57111

Presidio Ospedaliero "Sant'Alfonso Maria dei Liguori"
Contrada San Pietro – 82019 Sant'Agata dei Goti
Tel. 0823 313111